

二胺氧化酶 (Diamine Oxidase, DAO) 试剂盒说明书

微量法 100T/48S

注意：正式测定之前选择 2-3 个预期差异大的样本做预测定。

测定意义：

DAO(EC1.4.3.6)广泛存在于动物（肠粘膜、肺、肝脏、肾脏等）、植物和微生物中。催化多胺氧化为醛，其活性与核酸和蛋白合成密切相关，能够反映肠道机械屏障的完整性和受损伤程度。

测定原理：

DAO 催化尸胺产生醛和过氧化氢，外源添加过量的辣根过氧化物酶，催化过氧化氢氧化邻联茴香胺生成氧化型邻联茴香胺，在 460nm 处有特征吸收峰，通过测定该波长吸光度增加速率，计算 DAO 活性。

自备实验用品及仪器：

天平、低温离心机、可见分光光度计/酶标仪、微量石英比色皿/96 孔板、蒸馏水。

试剂组成和配制：

提取液：液体 100mL×1 瓶，4℃ 保存。

试剂一：液体 0.25mL×1 支，4℃ 保存。

试剂二：液体 2mL×1 管，4℃ 保存。

试剂三：液体 1mL×1 管，4℃ 保存。

粗酶液提取：

1. 组织：按照组织质量 (g)：提取液体积(mL)为 1：5~10 的比例（建议称取约 0.1g 组织，加入 1mL 提取液）进行冰浴匀浆，然后 10000g，4℃ 离心 20min，取上清，置冰上待测。
2. 细菌、真菌：按照细胞数量 (10^4 个)：提取液体积 (mL) 为 500~1000：1 的比例（建议 500 万细胞加入 1mL 提取液），冰浴超声波破碎细胞（功率 300w，超声 3 秒，间隔 7 秒，总时间 3min）；然后 10000g，4℃，离心 10min，取上清置于冰上待测。
3. 血清等液体：直接测定。

测定操作表：

- 1、分光光度计/酶标仪预热 30min，调节波长至 460nm，蒸馏水调零。
- 2、操作表

	对照管	测定管
粗酶液 (μL)	50	50
提取液 (μL)	128	108
试剂一 (μL)	2	2
试剂二 (μL)	20	20
试剂三 (μL)		20

混匀，37℃ 水浴 30min，微量石英比色皿/96 孔板，蒸馏水调零，测定 460nm 吸光值。ΔA=A 测定-A 对照。

酶活性计算公式：

a. 用微量石英比色皿测定的计算公式如下

(1) 按样本蛋白浓度计算：

酶活性定义：在 pH7.2，温度为 37℃ 条件下，每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量为一个酶活力单位 (U)。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/mg prot)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T = 18 \times A_{460} \div \text{Cpr}$$

(2) 按样本质量计算:

酶活性定义: 在 pH7.2, 温度为 37°C 条件下, 每克组织每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量定义为一个酶活力单位。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/g 鲜重)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \div T = 18 \times A_{460} \div W$$

(3) 按细胞数量计算:

酶活性定义: 在 pH7.2, 温度为 37°C 条件下, 每 10⁴ 个细胞每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量定义为一个酶活力单位。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/10}^4\text{ cell)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times \text{细胞数量}) \div T = 18 \times A_{460} \div$$

细胞数量

(4) 按液体体积计算

酶活性定义: 在 pH7.2, 温度为 37°C 条件下, 每毫升血清每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量定义为一个酶活力单位。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/mL)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div T = 18 \times A_{460}$$

ε: 氧化型邻联茴香胺毫摩尔消光系数: 7.5 L/mmol/cm; d: 比色皿光径, 1cm; V 反总: 反应总体积, 0.2mL; V 样: 反应中样本体积, 0.05mL; V 样总: 加入提取液体积, 1mL; Cpr: 样本蛋白浓度, mg/mL; W: 样本质量, g; T: 反应时间, 30min

b. 用 96 孔板测定的计算公式如下

(1) 按样本蛋白浓度计算:

酶活性定义: 在 pH7.2, 温度为 37°C 条件下, 每毫克组织蛋白每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量定义为一个酶活力单位 (U)。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/mg prot)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \times \text{Cpr}) \div T = 36 \times A_{460} \div \text{Cpr}$$

(2) 按样本质量计算:

酶活性定义: 在 pH7.2, 温度为 37°C 条件下, 每克组织每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量定义为一个酶活力单位。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/g 鲜重)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times W) \div T = 36 \times A_{460} \div W$$

(3) 按细胞数量计算:

酶活性定义: 在 pH7.2, 温度为 37°C 条件下, 每 10⁴ 个细胞每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量定义为一个酶活力单位。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/10}^4\text{cell)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div (V_{\text{样}} \div V_{\text{样总}} \times \text{细胞数量}) \div T = 36 \times A_{460} \div$$

细胞数量

(4) 按液体体积计算

酶活性定义：在 pH7.2，温度为 37℃ 条件下，每毫升血清每分钟催化产生 1nmol H₂O₂ 所需的酶量定义为一个酶活力单位。

$$\text{DAO 活性 (nmol/min/mL)} = \frac{A_{460}}{\varepsilon \times d} \times V_{\text{反总}} \div V_{\text{样}} \div T = 36 \times A_{460}$$

ε ：氧化型邻联茴香胺毫摩尔消光系数：7.5 L /mmol/cm； d ：96 孔板光径，0.5cm； $V_{\text{反总}}$ ：反应总体积，0.2mL； $V_{\text{样}}$ ：反应中样本体积，0.05mL； $V_{\text{样总}}$ ：加入提取液体积，1mL； C_{pr} ：样本蛋白浓度，mg/mL； W ：样本质量，g； T ：反应时间，30min

注意事项：

- 1、如果 OD 值小于 0.01，适当加大提取用样本量；OD 值大于 0.8，粗酶液可适当稀释，或者减少提取用样本量。
- 2、样品蛋白质含量需要另外测定。